

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO: **FIELD AZUL METILENO FOSFATADO** REFERENCIA: **12123**

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR**

LOTE: **230749** FECHA FABRICACIÓN: **26/07/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **07/2025** FECHA EMISIÓN: **26/07/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido azul oscuro, sin partículas en suspensión	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. absorción	660 – 670 nm	664
	Abs λ máx. Dilución 1:500 1cm	0.301 – 0.360	0.365
Desempeño	Coloración Field en Gota Gruesa	Estructuras definidas	Cumple
		Precipitados ausentes	
		Plaquetas esponjosas	
		Glóbulos rojos deshemoglobinizados	
		Núcleo glóbulos blancos azules	

Análisis fisicoquímico realizado por Analista de Calidad:

Santiago Salazar M.

Desempeño realizado por Bacterióloga:

Angélica Rojas S

Revisado y aprobado por Coordinador Control de Calidad:

*Jonathan Fonnegra M.**Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. **(P02-PM1)**