

PRODUCTO:	AGUA DESTILADA	REFERENCIA:	14010
FABRICADO POR:	QUIMICOS ALBOR	FECHA FABRICACIÓN:	17/07/2023
LOTE:	A230727	FECHA EMISIÓN:	17/07/2023

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
pH	5 – 7	6.8
Conductividad	Máx. 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 25°C	0.4
Reducción Permanganato	Negativo	Cumple
Cloruros	Negativo	Cumple
Sulfatos	Negativo	Cumple
Calcio	Negativo	Cumple
Dureza	Negativo	Cumple

Nota:

1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua desionizada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Santiago Salazar M.

Revisado y aprobado por

Coordinador Control de Calidad (e):

Jonathan Fomiegua M.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)