

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO: **FIELD B** REFERENCIA: **12122**
LOTE: **230750** FECHA FABRICACIÓN: **26/07/2023**
FECHA VENCIMIENTO: **07/2025** FECHA EMISIÓN: **26/07/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido naranja traslúcido sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. absorción	510 – 520 nm	516
	Abs λ máx. dilución 1:500 (1cm)	0.9208 – 1.2218	1.002
Desempeño	Coloración Field en Gota Gruesa	Estructuras definidas Precipitados ausentes Plaquetas esponjosas Glóbulos rojos deshemoglobinizados Núcleo glóbulos blancos azules	Cumple

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Santiago Salazar M

Desempeño realizado por Bacterióloga:

Angelica Rojas S

Revisado y aprobado por Coordinador Control de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)