

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO:	TURK	REFERENCIA:	14008
FABRICADO POR:	QUÍMICOS ALBOR SAS		
LOTE:	230753	FECHA FABRICACIÓN:	29/07/2023
FECHA VENCIMIENTO:	07/2026	FECHA EMISIÓN:	29/07/2023

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido color azul claro, sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. absorción	660 – 670 nm	666
	Abs máx. λ dilución 10:100 1 cm	0.1675 – 0.2076	0.179
Volumetría	Concentración % CH ₃ COOH	2.94 – 3.06	2.95 %
Desempeño	Observación Glóbulos Blancos	Núcleo de Glóbulos Blancos refringentes <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> Precipitados ausentes Buena y adecuada captación	Cumple

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Santiago Salazar M.

Desempeño realizado por Bacterióloga:

Angelica Rojas S.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Jonathan Fonnegra M.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)