

	FORMATO	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-11-2022 Versión: 05 Página 1 de 1
		CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO: **CITRATO DE SODIO 3.8 %** REFERENCIA: **11001**
 FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR SAS**
 LOTE: **230801** FECHA FABRICACIÓN: **01/08/2023**
 FECHA VENCIMIENTO: **02/2025** FECHA EMISIÓN: **01/08/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido incoloro sin precipitado	Cumple
Potenciometría	pH a 20°C	7.50 – 8.50	8.01
Densimetría	Densidad (g/cm ³)	1.015 – 1.025	1.020
Desempeño	Citrato de sodio 3.8% vs. sangre (proporción 1:9)	Capacidad anticoagulante	Cumple

.....
 Análisis realizado por Analista de Calidad: *Jonathan Fonnegra M.*
 Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e): *Angelica Rojas S.*

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)