

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO: **BUFFER GIORDANO** REFERENCIA: **18001**

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR SAS**

LOTE: **230807** FECHA FABRICACIÓN: **04/08/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **08/2025** FECHA EMISIÓN: **04/08/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido trasparente sin precipitado	Cumple
Potenciometría	pH 20°C	7.00 – 7.20	7.20
Desempeño	Coloración Wright en Frotis de sangre periférica	Estructuras definidas	Cumple
		Precipitados ausentes	
		Plaquetas granulosas con halómero destacado	
		Núcleo glóbulos blancos púrpura	
		Gránulos de eosinófilos naranja	

.....

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Santiago Salazar M.

Desempeño realizado por Bacterióloga:

Angelica Rojas S.

Revisado y aprobado por Coordinador Control de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)