

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO: **FORMOL BUFFERADO** REFERENCIA: **19308**

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR SAS**

LOTE: **230840** FECHA FABRICACIÓN: **16/08/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **08/2024** FECHA EMISIÓN: **16/08/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido incoloro trasparente sin precipitado	Cumple
Densimetría	Densidad (g/cm ³)	1.010 – 1.020	1.016
Potenciometría	pH	6.7 – 7.2	6.88
Valoración semicuantitativa de materia activa	Concentración de glutaraldehído	Mínimo 4%	> 4%

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angelica Rojas S.