

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO: **KOVAC** REFERENCIA: **20301**

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR SAS**

LOTE: **230856** FECHA FABRICACIÓN: **22/08/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **08/2025** FECHA EMISIÓN: **22/08/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Color	Líquido amarillo claro traslúcido sin precipitados	Cumple
Prueba de Desempeño*	Determinación producción de Indol en cultivo bacteriano	Cepa Indol positivo color rosado a rojo	Cumple
		Cepa Indol negativo sin cambio de color	Cumple

*Los anteriores resultados son reportados por laboratorio externo.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

Revisado y aprobado por coordinadora Control de Calidad (e):

Angelica Rojas S.