

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT**

PRODUCTO: **KIT DE VERIFICACIÓN** REFERENCIA: **21006**

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR SAS**

LOTE: **230878** FECHA FABRICACIÓN: **24/08/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **06/2025** FECHA EMISIÓN: **24/08/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido color verde aceituna, sin material particulado	Cumple
Desempeño	Solución pH < 6 (ácido acético 3%)	Solución se torna color amarillo	Cumple
	Solución pH 7	Solución se torna color verde aceituno	Cumple
	Solución pH < 6 (ácido acético 3.8%)	Solución se torna color azul	Cumple

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Jonathan Fonnegra M.*

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.*