

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO:	GLUCOTEST	REFERENCIA:	31001
FABRICADO POR:	QUIMICOS ALBOR SAS		
LOTE:	30651	FECHA FABRICACIÓN:	27/06/2023
FECHA VENCIMIENTO:	06/2025	FECHA EMISIÓN:	22/08/2023

ANALISIS	PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	METODO
Físico	Aspecto y color	Polvo cristalino ligeramente naranja, olor a naranja, libre de partículas extrañas.	Cumple especificación	Organoléptico
	Pérdida por secado	Máx. 0.5 % (50°C, peso constante)	0.40%	USP
Químico	Límite de 5-hidroximetilfurfural y sustancias relacionadas	Abs. Máx. 0.25 a 284 nm	0.0164	USP
	Uniformidad de dosis por variación de peso	L1 Máx. 15	L1: 0.41	AQM
	Valoración por polarimetría de DEXTROSA	Mínimo 99.2% +52.5 a +53.2	101.3% +53.07° 25.13 g/sobre	AQM
Microbiológico	Recuento total de microorganismos aerobios	Máx. 10 ufc/g	< 10 ufc/g	USP
	Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras	Máx. 10 ufc/g	< 10 ufc/g	USP

*Los anteriores resultados son reportados por laboratorio de control de calidad externo (AQM SAS N° Muestra: 2317450-0)

Revisado y aprobado por Coordinador Control de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)