

PRODUCTO: **AGUA DESIONIZADA** REFERENCIA: **14009**
FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR** FECHA FABRICACIÓN: **02/08/2023**
LOTE: **C230729** FECHA EMISIÓN: **02/08/2023**

| PARAMETRO | ESPECIFICACIONES | RESULTADO |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|
| pH | 5 – 7 | 5.90 |
| Conductividad | Máx. 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 25°C | 0.61 |
| Reducción Permanganato | Negativo | Cumple |
| Cloruros | Negativo | Cumple |
| Sulfatos | Negativo | Cumple |
| Calcio | Negativo | Cumple |
| Dureza | Negativo | Cumple |

Nota:

1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua desionizada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Santiago Salazar M.

Revisado y aprobado por

Coordinador Control de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)