

PRODUCTO: **AGUA DESTILADA** REFERENCIA: **14010**  
FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR SAS** FECHA FABRICACIÓN: **09/08/2023**  
LOTE: **D230727** FECHA EMISIÓN: **09/08/2023**

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
pH	5 – 7	6.89
Conductividad	Máx. 1 $\mu$ S/cm a 25°C	0.65
Reducción Permanganato	Negativo	Cumple
Cloruros	Negativo	Cumple
Sulfatos	Negativo	Cumple
Calcio	Negativo	Cumple
Dureza	Negativo	Cumple

**Nota:**

1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua desionizada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Santiago Salazar M.*

Revisado y aprobado por

Coordinador Control de Calidad:

*Jonathan Fonnegra M.*

\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)