

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT**

PRODUCTO: **COLOR-QUICK** REFERENCIA: **07013**

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR**

LOTE: **230822** FECHA FABRICACIÓN: **08/08/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **08/2024** FECHA EMISIÓN: **08/08/2023**

REACTIVO	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Color Quick Fijador	Físico	Aspecto	Líquido verde translúcido sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	$\lambda$ máx. abs. Abs. $\lambda$ máx. 1cm	612 – 622 nm 0.122 – 0.408	615 0.310
Color Quick I	Físico	Aspecto	Líquido naranja oscuro translúcido sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	$\lambda$ máx. abs. Abs. $\lambda$ máx. 1:125 1cm	510 – 520 nm 1.127 – 1.380	515 1.130
Color Quick II	Físico	Aspecto	Líquido azul oscuro translúcido sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	$\lambda$ máx. abs. Abs. $\lambda$ máx. 1:125 1cm	627 – 637 nm 0.774 – 1.102	631 1.043

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Jonathan Fonnegra M.*

Revisado y aprobado por coordinadora de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.*