

	FORMATO	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-11-2022 Versión: 05 Página 1 de 1
CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT		

PRODUCTO:	GIEMSA	REFERENCIA:	12125
FABRICADO POR:	QUIMICOS ALBOR		
LOTE:	230841	FECHA FABRICACIÓN:	16/07/2023
FECHA VENCIMIENTO:	08/2025	FECHA EMISIÓN:	16/07/2023

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido azul oscuro sin precipitados	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. abs. (1)	520 – 532 nm	523.0
	λ máx. abs. (2)	622 – 632 nm	626.0
	Abs. máx. λ (1) 1:500 1cm	0.58 – 0.73	0.625
	Abs. máx. λ (2) 1:500 1cm	1.22 – 1.70	1.296
Desempeño	Coloración Giemsa en Gota Gruesa	<u>Estructuras definidas</u>	Cumple
		<u>Precipitados ausentes</u>	
		<u>Plaquetas esponjosas</u>	
		<u>Glóbulos Blancos con citoplasma formado, núcleo púrpura azul</u>	
		<u>Gránulos eosinófilos color naranja</u>	
		<u>Glóbulos rojos deshemoglobinizados</u>	

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

Revisado y aprobado por encargado Control de Calidad (e):

Angélica Rojas S.