

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO:	FIELD B	REFERENCIA:	12122
LOTE:	230864	FECHA FABRICACIÓN:	24/08/2023
FECHA VENCIMIENTO:	08/2025	FECHA EMISIÓN:	24/08/2023

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido naranja translúcido sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. absorción	510 – 520 nm	518
	Abs λ máx. dilución 1:500 (1cm)	0.9208 – 1.2218	1.160
Desempeño	Coloración Field en Gota Gruesa	Estructuras definidas Precipitados ausentes Plaquetas esponjosas Glóbulos rojos deshemoglobinizados Núcleo glóbulos blancos azules	Cumple

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angelica Rojas S