

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO: **FUCSINA FENICADA** REFERENCIA: **12222**

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR SAS**

LOTE: **230869** FECHA FABRICACIÓN: **24/08/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **08/2025** FECHA EMISIÓN: **24/08/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido rojo brillante sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. absorción	540 – 550 nm	545 nm
	Abs máx. λ dilución 1:1000 1 cm	0.432 – 0.721	0.487
Desempeño	Coloración Zielh Neelsen	Estructuras definidas	Cumple
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación del colorante	

.....

Análisis realizado por Bacterióloga:

Angelica Rojas S.

Revisado y aprobado por Coordinador de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.