

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO:	VIOLETA DE GRAM	REFERENCIA:	12214
FABRICADO POR:	QUIMICOS ALBOR		
LOTE:	230872	FECHA FABRICACIÓN:	24/08/2023
FECHA VENCIMIENTO:	08/2025	FECHA EMISIÓN:	24/08/2023

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido violeta sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. absorción	580 – 592 nm	590
	Abs máx. λ dilución 1:1000. 1 cm	0.978 – 1.347	1.118
Desempeño	Coloración Gram	Control Positivo: Cocos Gram positivos.	Cumple
		Control Negativo: Bacilos Gram negativos	
		Calidad del colorante: Estructuras definidas sin precipitados y buena captación del colorante	

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angélica Rojas S.