

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO: **FUCSINA DE GRAM** REFERENCIA: **12212**

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR**

LOTE: **230877** FECHA FABRICACIÓN: **24/08/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **08/2025** FECHA EMISIÓN: **24/08/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido rojo brillante sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. absorción	540 – 550 nm	551
	Abs máx. λ dilución 1:500 1 cm	0.200 – 0.280	0.267
Desempeño	Coloración Gram	Bacterias Gram positivas de color morado	Cumple
		Estructuras definidas	
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación del colorante	

.....

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angelica Rojas S.