

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT**

PRODUCTO: **FUCSINA DE GRAM** REFERENCIA: **12212**

FABRICADO POR: **QUÍMICOS ALBOR SAS**

LOTE: **230890** FECHA FABRICACIÓN: **30/08/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **08/2025** FECHA EMISIÓN: **30/08/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido rojo brillante sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría	$\lambda$ máx. absorción	540 – 550 nm	545
	Abs máx. $\lambda$ dilución 1:500 1 cm	0.200 – 0.280	0.259
Desempeño	Coloración Gram	Bacterias Gram positivas de color morado	Cumple
		Estructuras definidas	
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación del colorante	

.....

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Jonathan Fonnegra M.*

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.*