

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO: COLOR-QUICK **REFERENCIA:** 07013
FABRICADO POR: QUÍMICOS ALBOR SAS
LOTE: 230901 **FECHA FABRICACIÓN:** 04/09/2023
FECHA VENCIMIENTO: 09/2024 **FECHA EMISIÓN:** 04/09/2023

REACTIVO	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Color Quick Fijador	Físico	Aspecto	Líquido verde translúcido sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	λ máx. abs. Abs. λ máx. 1cm	612 – 622 nm 0.122 – 0.408	613 0.129
Color Quick I	Físico	Aspecto	Líquido naranja oscuro translúcido sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	λ máx. abs. Abs. λ máx. 1:125 1cm	510 – 520 nm 1.127 – 1.380	510 1.310
Color Quick II	Físico	Aspecto	Líquido azul oscuro translúcido sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	λ máx. abs. Abs. λ máx. 1:125 1cm	627 – 637 nm 0.774 – 1.102	629 0.890

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

Revisado y aprobado por coordinadora de Calidad (e):

Angelica Rojas S.