

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT**

PRODUCTO: **CONTROL COLORACIÓN ZN** REFERENCIA: **52021**

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR SAS**

LOTE: **230903** FECHA FABRICACIÓN: **04/09/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **08/2024** FECHA EMISIÓN: **04/09/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Coloración Ziehl Neelsen	Control Positivo	<b>Presencia</b> de Bacilos Ácido Alcohol Resistentes BAAR, microorganismos de estructura cilíndrica color rojo	Cumple
	Control Negativo	<b>Ausencia</b> de Bacilos Acido Alcohol Resistentes BAAR. Se observan leucocitos, moco y bacterias escasas color azul.	Cumple

Análisis realizado por Bacterióloga:

*Angelica Rojas S*

Revisado y aprobado por Coordinador Control de Calidad:

*Jonathan Fonnegra M.*