

CERTIFICADO ANÁLISIS PT

PRODUCTO: **CONTROL COLORACIÓN GRAM** REFERENCIA: **52011**

FABRICADO POR: **QUÍMICOS ALBOR SAS**

LOTE: **230907** FECHA FABRICACIÓN: **04/09/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **08/2024** FECHA EMISIÓN: **04/09/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Coloración Gram	Control Positivo Cepa ATCC <i>Staphylococcus aureus</i> 25923	Se observan Cocos Gram positivos, microorganismos de estructura redonda color violeta	Cumple
	Control Negativo Cepa ATCC <i>Escherichia coli</i> 8739	Se observan Bacilos Gram negativos, microorganismos de estructura cilíndrica color rojo	Cumple

.....

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angélica Rojas S.