

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PTFABRICADO POR: **QUÍMICOS ALBOR SAS**PRODUCTO: **KIT DE VERIFICACIÓN** REFERENCIA: **21006**LOTE: **230921** FECHA FABRICACIÓN: **11/09/2023**FECHA VENCIMIENTO: **06/2025** FECHA EMISIÓN: **11/09/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido color verde aceituna, sin material particulado	Cumple
Desempeño	Solución pH < 6 (ácido acético 3%)	Solución se torna color amarillo	Cumple
	Solución pH 7	Solución se torna color verde aceituno	Cumple
	Solución pH < 6 (ácido acético 3.8%)	Solución se torna color azul	Cumple

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angelica Rojas S.