

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO:	AZUL METILENO NAIR	REFERENCIA:	12303
FABRICADO POR:	QUIMICOS ALBOR SAS		
LOTE:	230925	FECHA FABRICACIÓN:	13/09/2023
FECHA VENCIMIENTO:	09/2025	FECHA EMISIÓN:	13/09/2023

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido azul oscuro sin precipitado	Cumple
	λ máx. abs	658 – 668 nm	663
Espectrofotometría	Abs λ máx. 1:500	0.230 – 0.290	0.290
Desempeño	Montaje materia fecal	Características de núcleos de glóbulos blancos y/o trofozoítos destacados <hr/> Estructuras definidas <hr/> Precipitados ausentes <hr/> Buena y adecuada fijación del colorante	Cumple

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Fernanda González B.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angelica Rojas S.