

PRODUCTO:	AGUA DESTILADA	REFERENCIA:	14010
FABRICADO POR:	QUIMICOS ALBOR SAS	FECHA FABRICACIÓN:	14/09/2023
LOTE:	H230727	FECHA EMISIÓN:	14/09/2023

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
pH	5 – 7	6.72
Conductividad	Máx. 1 μ S/cm a 25°C	0.72
Reducción Permanganato	Negativo	Cumple
Cloruros	Negativo	Cumple
Sulfatos	Negativo	Cumple
Calcio	Negativo	Cumple
Dureza	Negativo	Cumple

Nota:

1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua destilada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Fernanda Gonzales B.

Revisado y aprobado por

Coordinador Control de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.