

PRODUCTO: **AGUA DESTILADA** REFERENCIA: **14010**
FABRICADO: **QUÍMICOS ALBOR SAS** FECHA: **17/10/2023**
POR: FABRICACIÓN:
LOTE: **E230922** FECHA: **17/10/2023**
EMISIÓN:

| PARAMETRO | ESPECIFICACIONES | RESULTADO |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|
| pH | 5 – 7 | 6.28 |
| Conductividad | Máx. 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 25°C | 0.56 |
| Reducción Permanganato | Negativo | Cumple |
| Cloruros | Negativo | Cumple |
| Sulfatos | Negativo | Cumple |
| Calcio | Negativo | Cumple |
| Dureza | Negativo | Cumple |

Nota:

1. El agua destilada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua destilada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstrucción de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:
Revisado y aprobado por

Fernanda Gonzales B.

Coordinador Control de Calidad (e):

Angélica Rojas S.