

PRODUCTO: **AGUA DESIONIZADA** REFERENCIA: **14009**  
FABRICADO POR: **QUÍMICOS ALBOR SAS** FECHA FABRICACIÓN: **13/10/2023**  
LOTE: **E230924** FECHA EMISIÓN: **13/10/2023**

| PARAMETRO              | ESPECIFICACIONES    | RESULTADO |
|------------------------|---------------------|-----------|
| pH                     | 5 – 7               | 6.26      |
| Conductividad          | Máx. 1 µS/cm a 25°C | 0.44      |
| Reducción Permanganato | Negativo            | Cumple    |
| Cloruros               | Negativo            | Cumple    |
| Sulfatos               | Negativo            | Cumple    |
| Calcio                 | Negativo            | Cumple    |
| Dureza                 | Negativo            | Cumple    |

Nota:

1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua desionizada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Fernanda Gonzales B.*

Revisado y aprobado por

Coordinador Control de Calidad (e):

*Jonathan Fonnegra M.*