

## **CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT**

Código: **M1-02-F04** Fecha: 01-11-2022 Versión: 05 Página 1 de 1

PRODUCTO: **EOSINA 1**% REFERENCIA: **12513** 

FABRICADO POR: QUIMICOS ALBOR

LOTE: 230334 FECHA FABRICACIÓN: 15/03/2023

FECHA VENCIMIENTO: 03/2025 FECHA EMISIÓN: 15/03/2023

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido naranja rojizo sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. Abs.	510 – 520 nm	516
	Abs λ máx. 1:1000	1.070 – 1.602	1.586
Desempeño	Coloración Eosinófilos en moco nasal	Estructuras definidas Precipitados ausentes Buena y adecuada captación por el colorante	Cumple

Análisis realizado por Analista de Calidad: Diana Gelves M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e): Angelica Rojas S.

<sup>\*</sup>Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)