

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO:	EOSINA 1%	REFERENCIA:	12513
FABRICADO POR:	QUIMICOS ALBOR SAS		
LOTE:	230803	FECHA FABRICACIÓN:	01/08/2023
FECHA VENCIMIENTO:	08/2025	FECHA EMISIÓN:	01/08/2023

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido color naranja rojizo sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. Abs.	510 – 520 nm	516
	Abs λ máx. 1:1000	1.070 – 1.602	1.355
Desempeño	Coloración Eosinófilos en moco nasal	Estructuras definidas	Cumple
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación por el colorante	

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angelica Rojas S.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. **(P02-PM1)**