

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO: **EOSINA 1%** REFERENCIA: **12513**

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR SAS**

LOTE: **230935** FECHA FABRICACIÓN: **20/09/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **09/2025** FECHA EMISIÓN: **21/09/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido color naranja rojizo sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. Abs.	510 – 520 nm	516
	Abs λ máx. 1:1000	1.070 – 1.602	1.183
Desempeño	Coloración Eosinófilos en moco nasal	Estructuras definidas	Cumple
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación por el colorante	

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Fernanda González B.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angelica Rojas S.