

LAMINAS CONTROL COLORACIÓN GRAM
 Ref. 52011

LOTE:	231001	Fecha de fabricación 02/10/2023	Fecha de vencimiento 08/2024
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR S.A.S.		Fecha de análisis 02/10/2023	Presentación Caja x 5 láminas, caja x 10 láminas

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Láminas portaobjeto con frotis positivo y negativo, fijados para colorear	Cumple
Láminas con frotis Control Coloración GRAM	Control positivo Cepa ATC <i>Staphylococcus aureus</i>	Se observan: Cocos Gram positivos, microorganismos de estructura redonda color violeta	Cumple
	Control negativo Cepa ATCC <i>Escherichia coli</i>	Se observan: Bacilos Gram negativos, microorganismos de estructura cilíndrica color rojo.	Cumple

Documento elaborado por: González F

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 10/2023