

LÁMINAS CONTROL COLORACIÓN ZN

Ref. 52021

LOTE:	231004	Fecha de fabricación 02-10-2023	Fecha de vencimiento 10-2023
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR S.A.S.		Fecha de análisis 02-10-2023	Presentaciones Caja x 5 láminas, caja x 10 láminas

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Láminas portaobjeto con frotis positivo y negativo, fijados para colorear	Conforme
Láminas con frotis Control Coloración Ziehl Neelsen	Control positivo (+)	Al realizar la coloración de Ziehl Neelsen se observan BAAR en 100 campos microscópicos observados. (microorganismos de estructura cilíndrica color rojo)	Conforme
	Control negativo (-)	Al realizar la coloración de Ziehl Neelsen, NO se observan BAAR. Se observan leucocitos, moco y otras bacterias	Conforme

 Documento elaborado por: González F.
CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 10-2023