

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

Código: **M1-02-F04** Fecha: 01-10-2023 Versión: 06 Página 1 de 1

FIELD AZUL METILENO FOSFATADO

Ref. 12123

| LOTE: | 231019 | Fecha de fabricación | Fecha de vencimiento |
|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| LOIE. | | 4-10-2023 | 10-2025 |
| Fabricado /comercia | lizado por: | Fecha de análisis | Presentación |
| QUÍMIC | OS ALBOR S.A.S. | 09-10-2023 | 50mL, 200mL, 500mL |

| MÉTODO | DESCRIPCIÒN | ESPECIFICACIONES | RESULTADO |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------|
| Organoléptico | Aspecto físico | Líquido azul oscuro sin partículas en suspensión | Cumple |
| Espectrofotometría 1:500 (1cm) | λ de máx. absorción | 660 – 670nm 666 | |
| | Absorbancia | 0.301 – 0.360 | 0.331 |
| Desempeño | Tinción Field en Gota Gruesa | Estructuras y definidas | |
| | | Precipitados ausentes | Cumple |
| | | Buena y adecuada captación del colorante | |

Documento elaborado por: Founegra 9.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

10-2023