

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

Código: **M1-02-F04** Fecha: 01-10-2023 Versión: 06 Página 1 de 1

FIELD SALES FOSFATADAS

Ref. 12124

LOTE:	231023	Fecha de fabricación	Fecha de vencimiento
LOTE.	231023	04-10-2023	10-2025
Fabricado / comercializado por:		Fecha de análisis	Presentación
QUÍMIC	OS ALBOR S.A.S.	12-10-2023	50mL, 500mL

MÉTODO	DESCRIPCIÒN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro sin partículas en suspensión Cumple	
Potenciometría	pH 20°C	7.1 – 7.3	7.23
Desempeño	Tinción Field en Gota Gruesa	Estructuras y definidas	Cumple
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación del colorante	

Documento elaborado por: Founegra 9.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.