

AQUA KIT

Ref. 21011

LOTE:	231033	Fecha de fabricación 05-10-2023	Fecha de vencimiento 04-2025
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR S.A.S.		Fecha de análisis 05-10-2023	Presentaciones Kit x 6 unidades

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES		RESULTADO
		CONTROL POSITIVO	CONTROL NEGATIVO	
Desempeño	DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE:	CONTROL POSITIVO	CONTROL NEGATIVO	Cumple
	Cloruros	Opalescente	Transparente	Cumple
	Sulfatos	Opalescente	Transparente	Cumple
	Calcio	Opalescente	Transparente	Cumple
	Dureza	Violeta	Azul	Cumple

 Documento elaborado por: *Fonseca J.*
CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 10-2023