

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-10-2023 Versión: 06 Página 1 de 1
<h1>REDUCTEST</h1> <p>Ref. 20212</p>		

LOTE:	231038	Fecha de fabricación 06-10-2023	Fecha de vencimiento 10-2024
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR S.A.S.		Fecha de análisis 06-10-2023	Presentación Caja x 2 viales

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Activador	Polvo cristalino blanco	Cumple
	Reactivo	Polvo ligeramente azul	Cumple
Desempeño Detección de azúcares reductores (Viraje de color de azul a pardo)	Negativo	Azul	Cumple
	Positivo 0.25%	Verde oscuro	Cumple
	Positivo 0.75%	Verde-marrón	Cumple
	Positivo 1%	Pardo	Cumple

Documento elaborado por: González F.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



10/2023