

**CONTROL LÁMINAS CUANTIFICADAS ZN**  
Ref. 52031

<b>LOTE:</b>	<b>231045</b>	<b>Fecha de fabricación</b> 08-09-2023	<b>Fecha de vencimiento</b> 03-2024
<b>Fabricado /comercializado por:</b> <b>QUÍMICOS ALBOR S.A.S.</b>		<b>Fecha de análisis</b> 09-10-2023	<b>Presentaciones</b> 1 caja x 10 Unid.

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
<b>Organoléptico</b>	Aspecto físico	Láminas portaobjeto de baciloscopia, cuantificadas. (inactivadas y fijadas)	Cumple
<b>Láminas con resultados de baciloscopia cuantificadas ZN</b>	Negativo	No se observan BAAR	Cumple
	1 a 9	Se observan de 1 a 9 BAAR en 100 cm observados	Cumple
	1+	Se observan de 10-99 BAAR en 100 cm observados	Cumple
	2+	Se observan de 10-99 BAAR en 50 cm observados	Cumple
	3+	Se observan > de 10 BAAR en 20 cm observados	Cumple

Documento elaborado por: *González F.*

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 10-2023