

# KIT VERIFICACIÓN LAVADO DE MATERIAL

Ref. 21006

<b>LOTE:</b>	<b>231046</b>	<b>Fecha de fabricación</b> 12-10-2023	<b>Fecha de vencimiento</b> 10-2025
<b>Fabricado /comercializado por:</b> <b>QUÍMICOS ALBOR S.A.S.</b>		<b>Fecha de análisis</b> 12-10-2023	<b>Presentación</b> KIT Azul bromotimol + Control pH Ácido + Control pH alcalino

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
<b>Organoléptico</b>	Aspecto físico Solución indicadora Azul de bromotimol	Líquido color verde aceituna, sin material particulado	Cumple
<b>Desempeño</b>	Viraje de color Control en pH ácido (< 6)	Solución se torna color amarillo	Cumple
	Control en pH neutro (=7)	No debe presentar cambio de color y se observa de color verde aceituna	Cumple
	Viraje de color Control en pH alcalino (> 7)	Solución se torna color azul	Cumple

Documento elaborado por: *González F.*

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 10-2023