

EDTA
Anticoagulante
Ref. 11003

LOTE:	231051	Fecha de fabricación 19-10-2023	Fecha de vencimiento 10-2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR S.A.S.		Fecha de análisis 19-10-2023	Presentación 200mL, 500mL

MÉTODO	PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro, transparente, sin precipitado	Cumple
Volumétrico	Concentración (EDTA %)	4.9 – 5.3 %	5.3
Potenciometría	pH 20°C	4.3 – 4.5	4.33
Densimetría	Densidad 20°C g/cm ³	1.00 – 1.30	1.25
Desempeño	Capacidad anticoagulante 0.2 mL EDTA vs 5 mL sangre	Después de 4 horas, no se observan coágulos	Cumple

Documento elaborado por: *González F*

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 10/2023