

## LÁMINAS CONTROL COLORACIÓN GRAM

Ref. 52011

LOTE:	<b>231113</b>	Fecha de fabricación 02/11/2023	Fecha de vencimiento 10/2024
Fabricado /comercializado por: <b>QUÍMICOS ALBOR S.A.S.</b>		Fecha de análisis 02/11/2023	Presentación Caja x 5 láminas, caja x 10 láminas

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
<b>Organoléptico</b>	Aspecto físico	Láminas portaobjeto con frotis positivo y negativo, fijados para colorear	Cumple
<b>Láminas con frotis Control Coloración GRAM</b>	Control positivo Cepa ATC <i>Staphylococcus aureus</i> 25923	<b>Se observan:</b> Cocos Gram positivos, microorganismos de estructura redonda color violeta	Cumple
	Control negativo Cepa ATCC <i>Escherichia coli</i> 8739	<b>Se observan:</b> Bacilos Gram negativos, microorganismos de estructura cilíndrica color rojo.	Cumple

Documento elaborado por: González F

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 11/2023