

**DRABKIN**

Ref. 14002

<b>LOTE:</b>	<b>231124</b>	<b>Fecha de fabricación</b> 09-11-2023	<b>Fecha de vencimiento</b> 05-2025
<b>Fabricado /comercializado por:</b> <b>QUÍMICOS ALBOR S.A.S.</b>		<b>Fecha de análisis</b> 09-11-2023	<b>Presentación</b> 500 mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
<b>Organoléptico</b>	Aspecto físico	Líquido amarillo, traslúcido, sin precipitado.	Cumple
<b>Cianometahemoglobina</b>	Determinación de Hb	Mínimo 0.410 Patrón de Hemoglobina 15.0 g/dl	0.437

Documento elaborado por: *González F.***CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 11-2023