

PRODUCTO: **AGUA DESTILADA** REFERENCIA: **14010**
FABRICADO **QUÍMICOS ALBOR** FECHA
POR: **SAS** FABRICACIÓN: **08/11/2023**
LOTE: **A231108** FECHA
EMISIÓN: **08/11/2023**

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
pH	5 – 7	6.29
Conductividad	Máx. 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 25°C	0.56
Reducción Permanganato	Negativo	Cumple
Cloruros	Negativo	Cumple
Sulfatos	Negativo	Cumple
Calcio	Negativo	Cumple
Dureza	Negativo	Cumple

Nota:

1. El agua destilada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua destilada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Fernanda Gonzales B.

Revisado y aprobado por

Coordinador Control de Calidad (e):

Jonathan Fonnegra M.