

AGUA DESIONIZADA

Ref. 14009

| | | | |
|---|----------------|---|--|
| LOTE: | D231106 | Fecha de fabricación 20-11-2023 | Fecha de vencimiento N. A |
| Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR S.A.S. | | Fecha de análisis 20-11-2023 | Presentación 500mL ,1L, 4L, 10L, 20L |

| PARAMETRO | ESPECIFICACIONES | RESULTADO |
|------------------------|---------------------------------|-----------|
| pH | 5 - 7 | 6.38 |
| Conductividad | Máx. 1 μS /cm a 25°C | 0.53 |
| Reducción Permanganato | Negativo | Cumple |
| Cloruros | Negativo | Cumple |
| Sulfatos | Negativo | Cumple |
| Calcio | Negativo | Cumple |
| Dureza | Negativo | Cumple |

Nota:

1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua desionizada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Documento elaborado por: *González F.***CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 11-2023