

AGUA DESTILADA

Ref. 14010

LOTE:	D231108	Fecha de fabricación 23-11-2023	Fecha de vencimiento N. A
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR S.A.S.		Fecha de análisis 23-11-2023	Presentación 500mL, 1L, 4L, 10L, 20L

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
pH	5 - 7	6.30
Conductividad	Máx. 1 µS/cm a 25°C	0.58
Reducción Permanganato	Negativo	Cumple
Cloruros	Negativo	Cumple
Sulfatos	Negativo	Cumple
Calcio	Negativo	Cumple
Dureza	Negativo	Cumple

Nota:

1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua desionizada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

 Documento elaborado por: *González F.*
CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 11-2023