

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-10-2023 Versión: 06 Página 1 de 1
COLOR-QUICK		

LOTE:	231030	Fecha de fabricación 04/10/2023	Fecha de vencimiento 10/2024
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR S.A.S.		Fecha de análisis 04/10/2023	Presentación 100 mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
COLOR-QUICK FIJADOR Ref. 07010	Color	Líquido, verde azulado, sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	λ máx. absorción: 612 a 622 nm	615
		ABS máx. 0.122 – 0.408	0.130
COLOR-QUICK I Ref. 07011	Color	Líquido, naranja oscuro, sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría 1:125 (1cm)	λ máx. absorción: 510 a 520 nm	515
		ABS máx. 1.127 – 1.380	1.250
COLORQUICK II Ref. 07012	Color	Líquido azul oscuro, sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría 1:125 (1cm)	λ máx. absorción: 627 a 637 nm	629
		ABS máx. 0.774 – 1.102	0.899

Documento elaborado por: Fomiegna J.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 10-2023