

URICONTROL

Ref. 20121

LOTE:	231047	Fecha de fabricación 13-10-2023	Fecha de vencimiento 04-2024
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR S.A.S.		Fecha de análisis 13-10-2023	Presentación 2 x 25mL

Organoléptico/Desempeño	URICONTROL I		URICONTROL II	
	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Aspecto Físico	Líquido ligeramente amarillo sin precipitado	Cumple	Líquido ligeramente amarillo sin precipitado	Cumple
pH	5.5 ± 6.5	6.5	5.5 ± 6.5	6.0
Densidad	1.005 a 1.015	1.010	1.010 – 1.020	1.015
Proteínas	1+ - 2+	++	3+ - 5+	+++
Glucosa	1+ - 3+	+	3+ - 4+	+++
Cetona	NA	NA	2+	++
Hemoglobina	NA	NA	1+ - 3+	+++
Nitritos	NA	NA	+	+

 Documento elaborado por: González F.
CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 10-2023