

# AQUA KIT

Ref. 21011

<b>LOTE:</b>	<b>231130</b>	<b>Fecha de fabricación</b> 15-11-2023	<b>Fecha de vencimiento</b> 05-2024
<b>Fabricado /comercializado por:</b> <b>QUÍMICOS ALBOR S.A.S.</b>		<b>Fecha de análisis</b> 15-11-2023	<b>Presentaciones</b> Kit x 6 unidades

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES		RESULTADO
<b>Desempeño</b>	DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE:	CONTROL POSITIVO	CONTROL NEGATIVO	Cumple
	Cloruros	Opalescente	Transparente	Cumple
	Sulfatos	Opalescente	Transparente	Cumple
	Calcio	Opalescente	Transparente	Cumple
	Dureza	Violeta	Azul	Cumple

 Documento elaborado por: *González F.*
**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 11-2023