

ALCOHOL ACIDO

Ref. 12221

| | | | |
|---|---------------|---|---|
| LOTE: | 231150 | Fecha de fabricación 28-11-2023 | Fecha de vencimiento 11/2026 |
| Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR S.A.S. | | Fecha de análisis 28-11-2023 | Presentación 200mL, 500mL, 1000mL |

| MÉTODO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | RESULTADO |
|----------------------|--------------------------|--|-----------|
| Organoléptico | Aspecto físico | Líquido incoloro traslúcido, sin precipitado | Cumple |
| | Olor | Característico a alcohol | Cumple |
| Volumétrico | Concentración (HCl N) | 0.33 – 0.37 | 0.33 |
| Desempeño | Tinción de Ziehl Neelsen | Control BAAR positivo: Bacilos de color rojo | Cumple |
| | | Control BAAR negativo: Bacilos de color azul | |
| | | Estructuras definidas | |
| | | Precipitados ausentes | |
| | | Buena y adecuada decoloración de las estructuras | |

BAAR: Bacilos Acido Alcohol Resistentes

 Documento elaborado por: *González F.*
CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 11-2023