

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

Código: **M1-02-F04** Fecha: 01-10-2023 Versión: 06 Página 1 de 1

FUCSINA FENICADA ZN

Ref. 12222

LOTE:	231151	Fecha de fabricación 02-12-2023	Fecha de vencimiento 11-2025
Fabricado /comercia	lizado por:	Fecha de análisis	Presentaciones
QUÍMICO	S ALBOR S.A.S.	04-12-2023	200mL, 500mL,1000mL

MÉTODO	DESCRIPCIÒN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido rojo brillante sin partículas en suspensión	Cumple
Espectrofotometría 1:1000 (1cm)	λ de máx. absorción	540 – 550 nm	546
	Absorbancia	0.432-0.721	0.621
Desempeño	Tinción ZIEHL NEELSEN	Control BAAR positivo: Bacilos de color rojo	
		Control BAAR negativo: Bacilos de color azul	Cumple
		Estructuras definidas	
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación del colorante	

BAAR: Bacilos Acido Alcohol Resistentes

Documento elaborado por: Gouzález 7.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

(+57) (601) 542 6312

11-2023