

# LÁMINAS CONTROL COLORACIÓN ZN

Ref. 52021

<b>LOTE:</b>	<b>231156</b>	<b>Fecha de fabricación</b> 30-11-2023	<b>Fecha de vencimiento</b> 11-2024
<b>Fabricado /comercializado por:</b> <b>QUÍMICOS ALBOR S.A.S.</b>		<b>Fecha de análisis</b> 30-11-2023	<b>Presentaciones</b> Caja x 5 láminas, Caja x 10 láminas

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
<b>Organoléptico</b>	Aspecto físico	Láminas portaobjeto con frotis positivo y negativo, fijados para colorear	Cumple
<b>Láminas con frotis Control Coloración Ziehl Neelsen</b>	Control BAAR positivo (+)	Al realizar la coloración de Ziehl Neelsen se observan BAAR en 100 campos microscópicos observados. (microorganismos de estructura cilíndrica color rojo)	Cumple
	Control BAAR negativo (-)	Al realizar la coloración de Ziehl Neelsen, NO se observan BAAR. Se observan leucocitos, moco y otras bacterias	Cumple

BAAR: Bacilos Acido Alcohol Resistentes

Documento elaborado por: *González F.*

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 11-2023